

Laboratorio de Holcim Concretos S.A de C.V Planta Móvil El Chaparral KM25

N° de Registro:	LEA-05:17
Responsable:	-----
Correo electrónico:	-----
Teléfonos:	-----
Sitio web:	-----
Dirección:	Planta Móvil KM25 - Proyecto El Chaparral, San Luis de la Reina San Miguel.
Ámbito de la acreditación:	-----
Vigencia de la acreditación:	Del 21 de septiembre de 2017 al 20 de septiembre de 2021. Acreditación otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
Estado de la Acreditación:	Cancelado

No.	PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR (MATRIZ)	ENSAYO	MÉTODO DE REFERENCIA	RANGO O INTERVALO
1	Concreto	Método de ensayo estándar para determinar el esfuerzo de compresión en especímenes cilíndricos de concreto.	ASTM C 39-18	100-500 kg/cm ²
2	Concreto	Método de ensayo estándar para la determinación del revenimiento en el concreto a base de cemento hidráulico.	ASTM C 143-15a	1/2"-9"
3	Concreto	Método de Ensayo Estándar para determinar por medio del método gravimétrico el peso unitario, volumen producido y contenido de aire del concreto.	ASTM C 138-17	800-2500 kg/m ³

Alcance de la Acreditación

No.	PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR (MATRIZ)	ENSAYO	MÉTODO DE REFERENCIA	RANGO O INTERVALO
4	Concreto	Método de Ensayo para la medición de temperatura del concreto recién mezclado a base de cemento Portland.	ASTM C 1064-17	10°C -40°C

Control de actualizaciones de alcance:

Modificación:	Fecha de vigencia
Suspensión de la acreditación.	Desde el 22/11/2019 al 19/02/2020.
Levantar suspensión y actualización de las referencias de los 4 ensayos declarados en el alcance.	Desde 20/02/2020 al 20/09/2021.
Suspensión de la acreditación	A partir de 01 de marzo de 2021
Cancelación de la acreditación,	Desde 21/09/2021

ORGANISMO SALVADOREÑO DE ACREDITACIÓN

Fin del documento